

CS RCD 漏电开关校验仪（漏电开关模拟器）

可校验漏电开关如下技术参数：脱扣时间（ms）、脱扣电流、接触电压。



校准单元 RCD 包括：

- 230V/220W 电源单元，带两个电隔离 230V 和 115V 输出。230V 时精度为 5%。
- 脱扣时间源，时间设置 18.3、31.6、58.3、111、218、431、858 和 1711 秒。精度为 0.5 % + 1 ms。
- 脱扣电流测试部件，有 6 种不同电流值可选（10、30、100、300、500 和 1000 mA）。
- 示波器输出，精密电流控制。标准脱扣电流时，输出 1000mV。

METREL® 美翠大中国区联络处
010-88863868 www.metrel.com.cn

METREL® 美翠大中国区联络处
010-88863868 www.metrel.com.cn